

## Einstellungen Kopplung zu Sidexis 4 (ab ivoris 8.1.86.x)


1. Voraussetzungen
2. Erforderliche Einträge in **ivoris<sup>®</sup>dent**, **ivoris<sup>®</sup>ortho**
3. Erforderliche Einträge in **ivoris<sup>®</sup>analyze**
4. Erforderliche Einträge in Sidexis
5. Test Patientenübergabe von **ivoris<sup>®</sup>dent**, **ivoris<sup>®</sup>ortho** an Sidexis
6. Test Patientenübergabe von **ivoris<sup>®</sup>analyze** an Sidexis
7. Test Bildübergabe an **ivoris<sup>®</sup>analyze**
8. Fehlermöglichkeiten

### 1. Voraussetzungen

- **ivoris<sup>®</sup>dent**, **ivoris<sup>®</sup>ortho**, **ivoris<sup>®</sup>analyze** müssen installiert sein
- „Sidexis“ muss installiert sein

### 2. Erforderliche Einträge in **ivoris<sup>®</sup>dent**, **ivoris<sup>®</sup>ortho**


- wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ → „Kopplungen“ → „Programme“
- wählen Sie nun im Reiter „Digitales Röntgen“ bei Proprietäre Kopplung „Sidexis“ aus
- übernehmen Sie folgende Einstellungen oder lassen Sie diese automatisch eintragen:



- passen Sie „SERVERNAME“ und „FREIGABE“ entsprechend an
- Trägt man den Programmpfad zu „Sidexis“ nicht ein, wird nur der Patient und Röntgenauftrag an „Sidexis“ übergeben, ohne das „Sidexis“ geöffnet wird.
- **Hinweis: Diese Einstellungen werden automatisch in ivoris analyze übernommen**

### 3. Erforderliche Einträge in ivoris®analyze


- wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Kopplungen“ → „Programme“
- übernehmen Sie folgende Einstellungen oder lassen Sie diese automatisch eintragen:




- passen Sie „SERVERNAME“ und „FREIGABE“ entsprechend an
- Trägt man den Programmpfad zu „Sidexis“ nicht ein, wird nur der Patient und der Röntgenauftrag an „Sidexis“ übergeben, ohne das „Sidexis“ geöffnet wird.
- **Hinweis: Diese Einstellungen werden automatisch in ivoris übernommen.**

#### 4. Erforderliche Einträge in Sidexis 4

- öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad rechts oben)
- wählen Sie unter „Allgemeine Einstellungen“ den Punkt „Mehrplatz“ und tragen Sie den entsprechenden Pfad ein („SERVERNAME“ entsprechend ersetzen)




- wählen Sie unter „Allgemeine Einstellungen“ den Punkt „Kommunikationspartner“,
- wählen Sie „Hinzufügen“ und tragen Sie unter "Mailbox-Datei" den entsprechenden Pfad ein (für Ivoris: \\Servername\pu\_ckthealth\Transfer\siomout.sdx)
- markieren Sie Patientendatenbank und Bildtausch



Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter [www.ivoris.de/agb](http://www.ivoris.de/agb).

- Bitte den Parameter "Patientennamen in Bildnamen integrieren" nicht setzen!
- „Sidexis“ muss neu gestartet werden
- die einzutragenden Pfade sind von der Programminstallation und der Netzwerkeinrichtung abhängig und können sich von den obigen Angaben unterscheiden
- Es ist möglich in den Optionen für den Partner unter „Per Programmwechsel erreichbar“ ivoris als Partnerprogramm einzugeben. (Pfad: C:\Program Files (x86)\praxisupgrade\Instances\CKTWHEALTH\DentalSoftware\STOMAWIN\frwin.exe viaconfig, Fensterklasse: ivoris analyze) Bei der Bildübergabe von „Sidexis“ an **ivoris®analyze** wird dann sofort **ivoris®analyze** aufgerufen und das Bild übernommen. In **ivoris®analyze** muss dann unter „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Kopplungen“ → „Programme“ unter „Sidexis“ die Option „Bild sofort übernehmen“ gesetzt werden.



**5. Test Patientenübergabe von ivoris®ortho, ivoris®dent an „Sidexis“**

- klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

- mit „OK“ wird der Patient an „Sidexis“ übergeben, „Sidexis“ geöffnet und der Patient angemeldet (wurde der Programmpfad von „Sidexis“ in den Programmparametern nicht eingetragen, wird nur der aufgerufene Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an „Sidexis“ übergeben, „Sidexis“ aber nicht geöffnet)

## 6. Test Patientenübergabe von ivoris<sup>®</sup>analyze an „Sidexis“

- klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

Röntgenauftrag/Datenabgleich

VDDS SIDEXIS DIMAXIS DIGORA CLINIVIEW DÜRR TROPHY

Patient

Name:  Nummer:

Vorname:  geboren:

männlich  weiblich  Schwangerschaft

Röntgenauftrag

SIDEXIS sofort starten (sonst Auftrag in Stapel legen)

Zahn  OPG  FR lateral  FR frontal  Handwurzel

Hinweise:

nur Datenabgleich

Patient ist in SIDEXIS noch nicht bekannt

Unter folgender Nummer in SIDEXIS suchen:

Hilfe

Abbruch

Ok

- mit „OK“ wird der Patient an „Sidexis“ übergeben, „Sidexis“ geöffnet und der Patient angemeldet.  
(wurde der Programmpfad von „Sidexis“ in den Programmparametern nicht eingetragen und der Schalter „SIDEXIS sofort starten...“ nicht gewählt, wird nur der aufgerufene Patient und der ausgewählte Röntgenauftrag an „Sidexis“ übergeben, „Sidexis“ aber nicht geöffnet)

Röntgenauftrag/Datenabgleich

VDDS SIDEXIS DIMAXIS DIGORA CLINIVIEW DÜRR TROPHY

Patient

Name:  Nummer:

Vorname:  geboren:

männlich  weiblich  Schwangerschaft

Röntgenauftrag

SIDEXIS sofort starten (sonst Auftrag in Stapel legen)

Zahn  OPG  FR lateral  FR frontal  Handwurzel

Hinweise:

nur Datenabgleich

Patient ist in SIDEXIS noch nicht bekannt

Unter folgender Nummer in SIDEXIS suchen:



Hilfe

Abbruch

Ok


## 7. Test Bildübergabe von Sidexis an ivoris®analyze

- aufgerufenes Bild über den Karteireiter Werkzeuge und den Schalter „Bild an Kommunikationspartner senden“ übergeben



Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter [www.ivoris.de/agb](http://www.ivoris.de/agb).

- Bild über den „Briefumschlag“ in der unteren Statuszeile von ivoris®analyze öffnen und zu markierende Bilder importieren



## 8. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung
Röntgenschalter von <b>ivoris<sup>®</sup>ortho</b> oder <b>ivoris<sup>®</sup>analyze</b> ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul „digital“ wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht angelegt	Kopplung falsch eingetragen	Kopplung in <b>ivoris<sup>®</sup>ortho</b> , <b>ivoris<sup>®</sup>analyze</b> Sidexis richtig stellen. Die Transferpfade zwischen den Programmen müssen gleich sein.
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Kopplung falsch eingetragen	Kopplung in <b>ivoris<sup>®</sup>ortho</b> , <b>ivoris<sup>®</sup>analyze</b> , Sidexis richtig stellen
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Computername hat weniger als 6 Zeichen	Computername und Name der Sidexisstation ändern
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Fehlende Daten am Patient (Name, Vorname, Geb.-Datum muss vorhanden sein.)	Daten in <b>ivoris<sup>®</sup>ortho</b> bzw. <b>ivoris<sup>®</sup>analyze</b> prüfen
Patient wurde an Sidexis übergeben, wird aber dort nicht automatisch aufgerufen	Patientennummer in Sidexis schon vergeben	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
Zentrale Auftragsverwaltung für Röntgenaufträge	Sidexis erwartet u.U. den Röntgenauftrag immer von der gleichen Station	In Analyze kann der Stationsname für den Röntgenauftrag gepatscht werden - "Zusätze/Programmparameter/Kopplungen" Option " Stationsname" Ggf. Rücksprache mit Computer konkret erforderlich
Schalter Kopplungsparameter automatisch eintragen ist nicht sichtbar	Sidexis nicht installiert	Sidexis installieren
Sidexis legt Patienten nach Umnummerierung doppelt an	Sidexis denkt es sind 2 unterschiedliche Patienten	Den Patient nach Umnummerierung abgleichen: Röntgen-Schalter → „Patient abgleichen“ → alte Pat.-nr. angeben → „OK“

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG